

Số: 110/TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá

Hoàng Mai, ngày 11 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thường xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Y tế Thị xã Hoàng Mai
- Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Vũ Hà - Dược sĩ
Số điện thoại: 0973.100.735
Email: havuthinguyen@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds Hà - Khoa Dược - Trung Tâm y tế thị xã Hoàng mai
 - Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 8h ngày 11 tháng 02 năm 2025 đến trước 14h ngày 24 tháng 02 năm 2025.
Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét./.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa cần mua như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bơm tiêm 10ml	Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 10ml, Cỡ kim 23Gx1", 25Gx1", có nắp đậy, pittông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt.	20000	Cái
2	Băng bó bột 10cm x 2,7m	Kích thước 10cm x 2,7m	200	Cuộn
3	Bông hút y tế	100% bông xơ thiên nhiên hoặc tương đương, thành phần chính là Cellulose. Đạt các tiêu	15	Kg



		chuẩn theo ĐĐVN V, Iso 13485		
4	Que thử đường huyết OneTouch Ultra Plus Flex	- Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực Vàng (Au) và điện cực Palladium (Pd). Test được cấu tạo bởi men thử Glucose Dehydrogenase FAD chỉ đặc hiệu với đường Glucose và không bị ảnh hưởng bởi Oxygen và các đường khác như Maltose, Galactose,.. Sử dụng lượng máu nhỏ $\leq 0.4 \mu\text{L}$ và lấy máu ở 2 cạnh bên que thử. Sử dụng cho máy đo đường huyết OneTouch Ultra Plus Flex của Lifescan.	1000	Cái
5	Găng tay khám y tế các cỡ	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài trung bình 240mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: $\geq 7,0 \text{ N}$; Sau già hóa: $\geq 6,0 \text{ N}$. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): $\leq 10\text{mg/dm}^2$. Hàm lượng Protein dưới $200 \mu\text{g/dm}^2$. ISO 9001, ISO 13485, CE.	5000	Đôi
6	Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG	Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/d	2000	Cái
Tổng cộng: 06 khoản				

- Địa điểm nhận hàng: Khoa Dược – Trung Tâm Y tế thị xã Hoàng Mai.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ trung tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM
Y TẾ
THỊ XÃ
HOÀNG MAI

Đậu Huy Chung