

Số: 347/TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá

Hoàng Mai, ngày 12 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thường xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:


- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Y tế Thị xã Hoàng Mai
- Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Vũ Hà - Dược sĩ
Số điện thoại: 0973.100.735
Email: havuthinguyen@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds Hà - Khoa Dược - Trung Tâm y tế thị xã Hoàng Mai
 - Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 9h ngày 12 tháng 5 năm 2025 đến trước 14h ngày 23 tháng 5 năm 2025.
Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét./.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa cần mua như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bơm tiêm 5ml	- Xy lanh 5ml. Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	12.000	Cái
2	Gel siêu âm	Thành phần chính: Water, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate, ... Cảm quan: Gel trong suốt, không màu	5	Can

		hoặc màu xanh, không mùi. pH $6,5 \pm 0,75$. Tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. Quy cách: Can 5 lít, thùng 4 can		
3	Dây thở oxy	Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn . Dây dẫn chính có chiều dài 2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.	80	Bộ
4	Bơm tiêm 10ml	Xy lanh 10ml: Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có khóa bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Việt nam sản xuất	20.000	Cái
5	Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG	- Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/d	3.000	Cái
6	Bông hút y tế	Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose, Yêu cầu: pH: $5,0 \div 8,0$, độ ẩm $\leq 8,0$, tốc độ hút nước ≤ 10 giây, Quy cách: 1kg/cuộn.	5	Kg
7	Bơm tiêm 50ml	Xy lanh : 50ml Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Vô trùng - không độc - không bột - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	500	Cái
8	Mặt nạ khí dung	- Làm từ nhựa PVC, không gây dị ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. - Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung.	100	Bộ



		- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. - Mặt nạ có dây đeo đàn hồi. Bầu đựng thuốc 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 0.014ml/giọt. Lưu lượng 4.8L/Phút - Bao gồm mặt nạ, cốc thuốc, dây nối, thắt lưng đàn hồi, kẹp mũi (nhôm flake) có thể điều chỉnh và ống nối - Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng sương mù hít vào phổi - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE. Gồm các size : S, M, L, XL		
Tổng cộng: 08 khoản				

2. Địa điểm nhận hàng: Khoa Dược – Trung Tâm Y tế thị xã Hoàng Mai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ trung tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đậu Huy Chung

NGHỆ AN