

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI

Số: 398 /TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày 27 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thường xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Y tế Thị xã Hoàng Mai
- Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Vũ Hà - Dược sĩ
Số điện thoại: 0973.100.735
Email: havuthinguyen@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds Hà - Khoa Dược - Trung Tâm y tế thị xã Hoàng Mai
 - Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 9h ngày 27 tháng 5 năm 2025 đến trước 14h ngày 10 tháng 6 năm 2025.
Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét./.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa cần mua như sau:

STT	TÊN VẬT TƯ/ HÓA CHẤT	ĐƠN VỊ	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
1	Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 24mm x 55m	Cuộn	Băng keo chỉ thị nhiệt, 24mmx55m, vạch chỉ thị chuyển Trắng ngà sang Nâu sẫm/đen, chứa chất bám dính 10-20%, chất dẻo acrylic polymer 2-5%. Không chứa chì. Đạt tiêu chuẩn FDA, nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Không	6

			đổi màu sau ít nhất 6 tháng tiệt khuẩn.	
2	Băng cuộn vải	Cuộn	Chất liệu sợi cotton hoặc tương đương. Kích thước: $\geq 10\text{cm} \times 5\text{m}$.	1000
3	Băng dính 5cm x 5m	Cuộn	Băng bằng vải lụa Taffeta phủ keo, màu trắng. 100% sợi cellulose acetat. Keo oxide kẽm. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Kích thước 5cm x 5m. Tiêu chuẩn CE, được lưu hành tại 2 nước: Úc và Bunga	600
4	Bông hút nước y tế	kg	Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose, Yêu cầu: pH: $5,0 \div 8,0$, độ ẩm $\leq 8,0$, tốc độ hút nước ≤ 10 giây	25
5	Cồn y tế 70 độ	lít	Ethanol 70° (Cồn 70°)	100
6	Que Thử đường huyết Que thử đường huyết (tấm men thử GDH-FAD (Flavin Adenin Dinucleotide – Glucose Dehydrogenase)	test	- Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực Vàng (Au) và điện cực Palladium (Pd). Test được cấu tạo bởi men thử Glucose Dehydrogenase FAD chỉ đặc hiệu với đường Glucose và không bị ảnh hưởng bởi Oxygen và các đường khác như Maltose, Galactose,... Sử dụng lượng máu nhỏ $\leq 0.4 \mu\text{L}$ và lấy máu ở 2 cạnh bên que thử. Sử dụng cho máy đo đường huyết OneTouch Ultra Plus Flex của Lifescan	4000
7	Ống chứa máu kháng đông Heparin	Cái	Chất liệu: nhựa y tế PP trung tính Kích thước: dung tích 5ml, đường kính ống 12-13mm, chiều dài ống 75mm Nhận dạng: nắp nhựa, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3000 vòng/ phút trong thời gian 5-10 phút Hóa chất: Sử dụng hóa chất chống đông Heparin	20000
8	Ống nghiệm lấy máu chứa chất K2 EDTA, nắp cao su	Cái	Ống nghiệm K2EDTA URI, nắp xanh da trời, có nút cao su Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức 2mL trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP) trung tính, nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế, kích thước 12x75mm, thể tích chứa tối đa $6\text{mL} \pm 0.5\text{mL}$, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu	10000

			lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. (Có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định) Nút cao su bromo-butyl, kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. Nắp nhựa Polyethylene (LDPE/HDPE), màu xanh da trời. Nồng độ EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP, CE.	
9	Bộ dây truyền dịch (kim 1 cánh bướm các số)	Bộ	Dây dẫn chính dài 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch 15µm. - Kim 1 cánh bướm 22G - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn TCVN 6591-4; CE.	5000
10	Test nhanh chuẩn đoán viêm gan B	Test	Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg. - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Độ chính xác tương quan: 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori. Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ 3.8% và EDTA nồng độ 3.4 µmol/L Phân loại TTBYT: D Đọc kết quả tại 15 phút.	100
11	Gel siêu âm	Can	Thành phần chính: Water, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate, ... Cảm quan: Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi. pH $6,5 \pm 0,75$. Tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. Quy cách: Can 5 lít, thùng 4 can	10
12	Giấy điện tim 6 cần (sọc đỏ. Square mark)	Tập	Yêu cầu: giấy in nhiệt có kẻ ô, kích thước 110 x 140 x 2	50

13	Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (50ml, không kim)	Cái	Xy lanh : 50ml Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	500
14	Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (10ml)	Cái	Xy lanh 10ml: Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có khía bề gãy để hủy chống sử dụng lại. Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Việt nam sản xuất	16000
15	Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (5ml)	Cái	- Xy lanh 5ml. Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	18000
16	Kim châm cứu dạng vi cán đồng các số	Cái	Niken, Titan, Crom, Molipden, Sắt. Kim có độ bền kéo sấp xỉ 3000Mpa.	60000
17	Găng tay cao su y tế có bột	đôi	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài trung bình 240mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: $\geq 7,0$ N; Sau già hóa: $\geq 6,0$ N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): $\leq 10\text{mg/dm}^2$. Hàm lượng Protein dưới $200\text{ }\mu\text{g/dm}^2$. ISO 9001, ISO 13485, CE.	4000
18	Bioline™ HIV 1/2 3.0	Test	định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1, HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Ống chống đông máu như heparin, EDTA và sodium citrate không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm Hiệu quả chẩn đoán so với phương pháp HIV EIA: - Độ nhạy tương quan: $>99,9\%$	100

			- Độ đặc hiệu tương quan: 99,0% - Độ chính xác tương quan: 99,3% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99%	
19	Phim X-quang nha khoa rửa nhanh	Tờ	Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. Quy cách đóng gói: 50 phim/ hộp, 20 hộp/ thùng Hạn sử dụng: 2 năm từ ngày sản xuất Lưu ý: giữ phim chỗ mát, tối. Không để gần các nguồn phát tia x quang. Quá trình vận chuyển không được cho qua máy soi chiếu an ninh	50
20	Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu	Test	- Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/d	5000
21	Mặt nạ xông khí dung	Bộ	- Làm từ nhựa PVC, không gây dị ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. - Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. - Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. - Mặt nạ có dây đeo đàn hồi. Bầu đựng thuốc 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 0.014ml/giọt. Lưu lượng 4.8L/Phút - Bao gồm mặt nạ, cốc thuốc, dây nối, thất lưng đàn hồi, kẹp mũi (nhôm flake) có thể điều chỉnh và ống nối - Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng sương mù hít vào phổi - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE. Gồm các size : S, M, L, XL	500
22	Chi phẫu thuật Polyglactin số 1	Tép	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài	20

			40mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày .	
23	Kim tiêm vô trùng các số (18G-20G-23G)	Cái	Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, thân kim nhẵn, tròn đều, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt (có phiếu phân tích chất lượng) được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	20000

2.Địa điểm nhận hàng: Khoa Dược – Trung Tâm Y tế Hoàng Mai.

3.Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ trung tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đậu Huy Chung

CHỖ
CHỮ
KÝ