

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI

Số: 596/TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thường xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Y tế Thị xã Hoàng Mai
- Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Vũ Hà - Dược sĩ
Số điện thoại: 0973.100.735
Email: havuthinguyen@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds Hà - Khoa Dược - Trung Tâm y tế thị xã Hoàng Mai
 - Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Hoàng Mai, Nghệ An
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 9h ngày 25 tháng 7 năm 2025 đến trước 16h ngày 11 tháng 8 năm 2025.
Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét./.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa cần mua như sau:

STT	TÊN VẬT TƯ/ HÓA CHẤT	ĐƠN VỊ	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
1	Phim X - Quang số hoá 20x25 cm	Tờ	Phim khô Laser cỡ 20x25 cm Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ Phim nền xanh, độ dày PET ≥ 170 micromet Mật độ tối đa ≥ 3.3 Sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Fuji.	750



2	Que thử nước tiểu 10 thông số	Test	Que thử nước tiểu 10 thông số được dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động Clinitek Status và Clinitek Advantus. 10 thông số xét nghiệm bao gồm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen.	3300
3	Băng bó bột 10cm x 2.7m	Cuộn	Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa, chất dính là hạt keo nóng chảy. Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc. Kích thước 10cm x 2.7m. Việt nam sản xuất	200
4	Bơm tiêm sử dụng một lần	Cái	- Xy lanh 5ml. Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	12000
5	Giấy dùng cho máy điện tim (kích thước 110mm x 140mm)	Tập	Yêu cầu: giấy in nhiệt có kẻ ô, kích thước 110 x 140 x 2 .	50
6	Chất tẩy rửa enzyme cho quy trình tẩy rửa thủ công và bằng máy tự động trên dụng cụ y tế, phẫu thuật, nha khoa và dụng cụ nội soi	Can	Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase .Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) pH = 6.8-7.3 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau Can ≥ 5 lít	2
Tổng : 6 khoản				

2.Địa điểm nhận hàng: Khoa Dược – Trung Tâm Y tế Hoàng Mai.

3.Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ trung tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD. *ly*

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đăng Luận