

Số: 143/TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá

Hoàng Mai, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế Hoàng Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thường xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Y tế Hoàng Mai
- Thông tin liên hệ: Phan Thị Thanh Nhân - Dược sỹ
Số điện thoại: 0975.620.286
Email: thanhnhan060191@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds Nhân - Khoa Dược - Trung Tâm y tế Hoàng Mai
 - Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai Nghệ An
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 8h ngày 12 tháng 03 năm 2024 đến trước 14h ngày 26 tháng 03 năm 2024.
Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét./.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa cần mua như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn chất lượng	Số lượng	Đơn vị tính
1	Mẫu huyết thanh kiểm tra mức 1	Tương thích với máy sinh hóa - Mẫu chuẩn 1x5ml/ lọ dạng đông khô.	11	Lọ
2	Mẫu huyết thanh kiểm tra mức 2	Tương thích với máy sinh hóa - Mẫu chuẩn 1x5ml/ lọ dạng đông khô.	7	Lọ
3	Dung dịch pha loãng máu	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học. Thành phần: - Sodium Chloride < 0,9 %	20	Thùng




		- Sodium Sulphate < 1,2 % - Buffer < 1,1 % - stabiliser < 0,01 %		
4	Đầu côn vàng	Thành phần: nhựa PP, màu vàng. Sử dụng cùng Pipet để truyền chất lỏng	3000	Cái
5	Đầu côn xanh	Thành phần: nhựa PP, màu xanh. Sử dụng cùng Pipet để truyền chất lỏng	500	Cái
6	Định nhóm máu ABO Bộ 3 lọ x 10ml	Bộ 3 lọ x 10ml Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai	3	Bộ
7	Máy li tâm 12 ống	-Có thể điều chỉnh tốc độ - Tốc độ quay tối đa: 4000 vòng/ phút - Khả năng li tâm tối đa: 12 ống x 20ml - Cài đặt thời gian từ 0-30p - Lực li tâm max: 2325 - Công suất: 135W - Nguồn điện: 220V/50Hz - Kích thước: 280 x 310x 265 mm	1	Cái
8	Ống Eppendorf 1.5 ml	Ống làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân. Không tiết trùng - Không có vạch chia, thể tích sử dụng tối đa 1.5ml	1000	Cái
9	Cốc đựng bệnh phẩm -Sample cup	Đựng tích: Mẫu Cup 2.5ml. Kích thước: 16 X 38mm Quy cách : Gói/500 cái; Sử dụng: cho dòng máy phân tích sinh hóa	500	Cái
Tổng cộng: 09 khoản				

2. Địa điểm nhận hàng: Khoa Dược – Trung Tâm Y tế Hoàng Mai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ trung tâm ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



Lê Đăng Luận