



Phụ lục 2:

BẢN MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Máy xét nghiệm đông máu bán tự động

5. ★ Yêu cầu chung

- Chất lượng máy : Mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO
- Thiết bị sử dụng điện áp: AC 110V/220V \pm 10%, 50Hz/60Hz
- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: 10 \square (50 \square) to 40 \square (104 \square), Độ ẩm phù hợp: 30% ~ 85%
- Kết nối được với máy tính.
- Năm sản xuất: 2022 trở về sau

6. Cấu hình

- 01 thân máy chính (bao gồm: 1 hộp cuvet, 01 máy in nhiệt...)
- 01 pipet
- 01 dây nguồn

7. Tính năng kỹ thuật

- Thông số kỹ thuật :
- + Số kênh đo: 4 kênh
- + Phương pháp đo: Quang học
- + Các xét nghiệm: APTT, PT, TT, FIB
- + Khay đặt mẫu: 24 vị trí
- + Khay đặt hóa chất: 6 vị trí
- + Đầu ra dữ liệu: Máy in bên ngoài

8. Yêu cầu khác

- Giao hàng tại đơn vị sử dụng, thời gian trong vòng 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Các trang thiết bị y tế phải được bảo hành ít nhất 12 tháng kể từ sau khi nghiệm thu, bàn giao sử dụng;
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật;
- Nhà cung cấp phải cam kết Cung cấp tài liệu kỹ thuật, Catalogue, tài liệu hướng dẫn sử dụng và có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;