

Số: 654/TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá

Hoàng Mai, Ngày 26 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm thường xuyên với nội dung sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai
- Thông tin liên hệ: Phan Thị Thanh Nhân - Dược sỹ
Số điện thoại: 0975.620.286
Email: thanhnhan060191@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds Nhân - Khoa Dược - Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai
 - Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai Nghệ An
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 8h ngày 27 tháng 09 năm 2024 đến trước 16h ngày 11 tháng 10 năm 2024.
Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét./.
- Thời gian có hiệu lực báo giá :Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế cần sửa chữa, bảo dưỡng như sau:

Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Bàn mổ	1. Yêu cầu chung <ul style="list-style-type: none">Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau, Máy mới 100%Nguồn điện cung cấp: 220V, 50 HzMôi trường hoạt động: Nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$; Độ ẩm $\geq 75\%$ 2. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa:

- Hãng sản xuất hàng hóa dự thầu phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương còn hiệu lực
- Hàng hóa dự thầu phải có chứng chỉ/chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc tiêu chuẩn tương đương còn hiệu lực

3. Yêu cầu cấu hình:

- Bàn mổ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái

Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:

- Tấm đỡ đầu kèm đệm: 01 Bộ
- Tấm đỡ lưng kèm đệm: 01 Bộ
- Tấm đỡ mông kèm đệm: 01 Bộ
- Tấm đỡ tay kèm đệm: 01 Bộ
- Tấm đỡ chân kiểu tách đôi kèm đệm: 01 Bộ
- Khung màn chắn gây mê: 01 Cái
- Đai cố định bệnh nhân: 01 Bộ
- Bộ điều khiển cầm tay: 01 Cái
- Pin theo máy: 01 Cái
- Dây nguồn: 01 Cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ

4. Thông số kỹ thuật:

4.1 Thông số điều chỉnh bàn: Bàn điều chỉnh các tư thế bằng điện - thủy lực

- Chiều dài tổng thể của bàn mổ: ≥ 2000 mm
- Điều chỉnh độ cao bàn mổ (khi không có đệm): từ ≤ 680 mm đến ≥ 1000 mm
- Chiều rộng khi có ray bên của bàn mổ: ≥ 550 mm
- Chiều rộng khi không có ray bên của bàn mổ: ≥ 500 mm
- Tải trọng ở vị trí thông thường: ≥ 185 kg
- Điều chỉnh góc nghiêng Tredenlengburg: $\geq 26^\circ$
- Điều chỉnh góc Tredenlengburg ngược: $\geq 26^\circ$
- Điều chỉnh góc nghiêng trái: $\geq 21^\circ$
- Điều chỉnh góc nghiêng phải: $\geq 21^\circ$
- Điều chỉnh tấm đỡ chân nâng lên: tối đa $\geq 20^\circ$
- Điều chỉnh tấm đỡ chân hạ xuống: tối đa $\geq 90^\circ$
- Điều chỉnh tấm đỡ lưng nâng lên: tối đa $\geq 80^\circ$
- Điều chỉnh tấm đỡ lưng hạ xuống: tối đa $\geq 40^\circ$
- Điều chỉnh tấm đỡ đầu nâng lên: tối đa $\geq 45^\circ$
- Điều chỉnh tấm đỡ đầu hạ xuống: tối đa $\geq 90^\circ$
- Tấm đỡ chân tách ra: tối đa $\geq 90^\circ$

4.2 Mô tả các chức năng:

- Bàn mổ có thể sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau: phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật thận, phẫu thuật đĩa đệm, phẫu thuật thần kinh, sản phụ khoa và tiết niệu, phẫu thuật cánh tay/bàn tay....
- Bàn mổ nhằm hỗ trợ và định vị bệnh nhân ngay trước, trong và sau khi phẫu thuật cũng như để khám và điều trị
- Bàn mổ có thể điều chỉnh các chức năng: nâng/hạ chiều cao,



	<ul style="list-style-type: none"> - Bàn mổ có thể điều chỉnh các chức năng: nâng/hạ chiều cao, nghiêng trái/phải, Trendelenburg/Trendelenburg ngược. - Điều chỉnh nâng/hạ tấm đỡ đầu, tấm đỡ chân, tấm đỡ lưng - Có bộ điều khiển cho phép điều khiển các tính năng cơ bản của bàn : nâng/hạ chiều cao, nghiêng trái/phải, Trendelenburg/Trendelenburg ngược. - Bộ điều khiển cầm tay có đèn LED thị trạng thái pin : chỉ báo pin, chỉ báo nguồn - Năng lượng pin sử dụng ≥ 1 tuần - Hệ thống phanh cơ cho độ ổn định tối ưu - Các tấm đỡ chân có thể tháo rời và tách ra cho vị trí phẫu thuật tán sỏi
--	---

2. Mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm.
3. Địa điểm nhận hàng: Khoa Dược – Trung tâm Y tế Thị xã Hoàng Mai.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai. *mv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

Lê Đăng Luận

